


雙套管氣切內管清潔消毒介紹

一、目的

避免氣切內管因痰塊塞住引發 呼吸困難。



二、如何清潔氣切內管？

1.準備用物：

- | | |
|------------------|-------------------|
| (1)清潔用的棉籤。 | (2)雙氧水。 |
| (3)沙威隆或優碘。 | (4)生理食鹽水或煮沸過的冷開水。 |
| (5)無菌棉花棒、無菌紗布一塊。 | (6)放置泡消內管的容器。 |

2.步驟：

- (1)洗淨雙手。
- (2)以一隻手固定外管，另一手將氣切內管取出。
- (3)以雙氧水 10ml + 煮沸過的冷開水 90ml，浸泡 15 分鐘使痰軟化。
- (4) 15 分鐘後，取出氣切內管，用自來水清洗乾淨。
- (5)再以沙威隆 10ml（或優碘 10ml）+ 煮沸過的冷開水 90ml，浸泡 30 分鐘。
- (6) 30 分鐘後取出氣切內管，用生理食鹽水或當天煮沸過的冷開水沖淨。
- (7)將氣切內管接頭處置入外管中即可。
- (8)再次洗淨雙手。

3.注意事項：

- (1)清潔氣切內管，每天至少一次，痰多或痰稠時需增加清洗、消毒次數。
- (2)氣切內管取出時間不可過久。
- (3)氣切內外管有脫出情形，不要慌張，順著傷口方向，輕輕的放回去，若有阻力無法置回時，應立即送院處理。

參考資料

Kacmarek, R. M., Stoller, J. M., & Heuer, A. (2019). Egan's Fundamentals of Respiratory Care. St. Louis, MO: Elsevier.

院址：600 嘉義市忠孝路 539 號 網址：www.cych.org.tw 諮詢服務電話：05-2765041

呼吸治療室：轉 3539 胸腔內科 呼吸治療室制訂／重症內科審視／護理指導組審閱

編號 I006 修訂日期：2021 年 03 月 05 日 審閱日期：2024 年 04 月 10 日